




KIFIK Medical



Made in France
European Union

unités :




**MASQUE CHIRURGICAL AVEC ÉLASTIQUES AURICULAIRES
TYPE II, NON STÉRILE, À USAGE UNIQUE**

**NON STERILE DISPOSABLE SURGICAL MASK
WITH EARLOOP, TYPE II, SINGLE USE**

date de fabrication :

STANDARDS : EN 14683+AC:2019 ; ISO 15223-1:2016 ; EU 2017/745
CLASS 1 MEDICAL DEVICE

composition : masque en polypropylène non-tissé. ...



FR Masque chirurgical classe 1 type 2, usage unique. Stocker dans un endroit propre et sec. Le masque doit être changé : toutes les 4 heures, après avoir mangé ou bu, quand le masque est humide ou endommagé.

EN Surgical mask class 1 type 2, single use. Store in a clean and dry place. The mask should be changed : every 4 hours, after eating or drinking, when the mask is wet or damaged.

DE Chirurgische Maske Klasse 1 Typ 2, Einmalgebrauch. An einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren. Die Maske muss gewechselt werden: alle 4 Stunden, nach dem Essen oder Trinken, wenn die Maske nass oder beschädigt ist.

IT Maschera chirurgica classe 1 tipo 2, monouso. Conservare in un luogo pulito e asciutto. La maschera deve essere cambiata: ogni 4 ore, dopo aver mangiato o bevuto, quando la maschera è bagnata o danneggiata.

SP Máscara quirúrgica clase 1 tipo 2, de un solo uso. Guardar en un lugar limpio y seco. La mascarilla debe cambiarse : cada 4 horas, después de comer o beber, cuando la mascarilla esté mojada o dañada.

KIFIK Medical • Adresse : Pôle d'activités Puits Morandat -1480 avenue d'Arménie - 13120 Gardanne - FR
Web : kifik-Medical.com • Sales : sales@kifik.eu • Comments: comments@kifik.eu



**SACHET
COMPOSTABLE
BOITE ET
ETIQUETTE
RECYCLABLE**



TEST - KIFIK Medical